



Secretaria de Administração <admicitriopreto@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_(RJ) Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - PR/43/2020 - 24/11/2020

1 mensagem

LG BR Licitacao Liquido Centro <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro@linde.com>

Para: "admicitriopreto@gmail.com" <admicitriopreto@gmail.com>

Cc: Nara Borges <nara.borges@linde.com>, Cristina Henriques <Cristina.Henriques@linde.com>, LG BR Licitacao Liquido Centro <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro@linde.com>, Richardson Teixeira <Richardson.Teixeira@linde.com>

11 de novembro de 2020 13:51

Prezado (a) Sr. (a) pregoeiro (a), boa tarde!

Solicito esclarecimento referente aos pontos a seguir:



- Quanto ao nitroso, o cilindro de 43 litros é corresponde ao cilindro de 28 Kg e não ao de 6 M³. Peço favor, corrigir a capacidade de "6 m³" para "28 Kg".
- Corrigir também a capacidade do cilindro do O2 de "9,6 m³" para "10m³", pois no edital cita a capacidade de 50 litros/ 10m³ e logo após cita 9,6m³. Neste item qual a capacidade deve ser considerada?

Os cilindros serão fornecidos em comodato?

7- DADOS PARA A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GASES

A VENCEDORA PELO CERTAME FORNECERÁ EM CESSÃO DE USO, SEM CUSTOS ADICIONAIS:

- 01 (um) reservatório de oxigênio líquido medicinal com volume compatível com o consumo mensal e acordado com a estrutura física de armazenagem.
- 60 (sessenta) cilindros de (capacidade 50 litros/10m3) 9,6 m3 necessários ao condicionamento de Oxigênio Gasoso Medicinal.
- 12 (doze) cilindros de (capacidade 50 litros/10m3) necessários ao condicionamento de Oxigênio Gasoso Medicinal.
- 03 (três) cilindros para óxido nítrico (43 litros/m3) 6m3.
- 03 (três) cilindros de (capacidade de 50 litros/9,6m3) necessário ao condicionamento de ar medicinal.
- 06 (seis) cilindros de capacidade 3,5 litros/1m3) necessário ao condicionamento de O2 medicinal.



Protocolo - 12
12/11/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nº 012
PREFEITO MUNICIPAL
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETOR DE LICITAÇÃO

11/11/2020

Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_(RJ) Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - PR/43/2020 - 24/11/2020

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Amanda Silva

Assistente Sr. Administrativo - Licitação
White Martins Gases Industriais Ltda.
amanda.silva@linde.com
Telefone +55 (21) 3279 Ext. 9079



Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software...

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website: dataprotection.linde.com

P.M.S.J.V
Proc No. 7343/20
Folha No. 03
PROTOCOLO
Ass. Funcional



Condição 03, p. 12/11/2020
Em: 12/11/2020

Érica Glizente Lara
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3450

Ad Hospital para ciã
e manifestações

Em 11/11/2020

Laudia Lacerda.

Recebido em 12/11/2020

Hospital Mat. Santa Theresinha

Assinatura
Solange R. Ferreira de Souza
Auxiliar Administrativo
Mat: 5673

Compareci neste setor e anexei
fl nº 05 contendo meus pedidos
de esclarecimento da White
Martins.

Em: 13/11/2020

Regis Silveira da Silva
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 3266

Os pedidos de esclareci-
mentos não devem prosperar,
vez que as solicitações fei-
tas pela empresa nos cau-
sam muita estranheza,
nos levando a pensar que
se pretende um direciona-
mento do procedimento
licitatório, fato este repu-
diado com veemência

por esta administração pública

Urge salientar que a
presa solicitante já se sa-
vencedora em outras licita-
ções, sem nunca questionar
os editais, ou impugná-los.

Logo, entendemos pelos
prosseguimentos do certame.

A Sec. de Administração

Em 13/11/2020

Assinatura
Laira Rezende Furtado
Advogada
OAB/RJ 136572

Assinatura
Giovana Figueredo
Diretora Geral - H
Mat: 3608

Recebido em 13/11/2020
Assinatura

A Diretoria de Adm.
Em: 13/11/2020

Assinatura



Secretaria de Administração <admlicitriopreto@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_(RJ) Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - PR/43/2020 - 24/11/2020

LG BR Licitacao Liquido Centro <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro@linde.com>

12 de novembro de 2020 15:04

Para: Secretaria de Administração <admlicitriopreto@gmail.com>

Cc: Nara Borges <nara.borges@linde.com>, Cristina Henriques <Cristina.Henriques@linde.com>, Richardson Teixeira <Richardson.Teixeira@linde.com>, LG BR Licitacao Liquido Centro <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro@linde.com>

Em tempo...

A descrição quanto a quantidade de cilindros especificada no edital de **"60 (sessenta) cilindros de (capacidade 50 litros/10m3) 9,6 m3 necessários ao condicionamento de Oxigênio Gasoso Medicinal"**, ao invés de ser oxigênio, não estaria se referindo ao Ar medicinal? Essa quantidade de cilindros está se referindo a qual gás?

7- DADOS PARA A INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GASES**A VENCEDORA PELO CERTAME FORNECERÁ EM CESSÃO DE USO, SEM CUSTOS ADICIONAIS:**

- 01 (um) reservatório de oxigênio líquido medicinal com volume compatível com o consumo mensal e acordado com a estrutura física de armazenagem.
- 60 (sessenta) cilindros de (capacidade 50 litros/10m3) 9,6 m3 necessários ao condicionamento de Oxigênio Gasoso Medicinal.
- 12 (doze) cilindros de (capacidade 50 litros/10m3) necessários ao condicionamento de Oxigênio Gasoso Medicinal.
- 03 (três) cilindros para óxido nitroso (43 litros/m3) 6m3.
- 13 (treze) cilindros de (capacidade de 50 litros/9,6m3) necessário ao condicionamento de ar medicinal.
- 06 (seis) cilindros de capacidade 3,5 litros/1m3) necessário ao condicionamento de O2 medicinal.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Amanda Silva

Assistente Sr. Administrativo - Licitação
White Martins Gases Industriais Ltda.
amanda.silva@linde.com
Telefone +55 (21) 3279 Ext. 9079

Making our world
more productive

Pense no meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]