



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO  
PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(HOSPITAL  
MATERNIDADE SANTA THERESINHA)

MEMO 024 - 26/09/2023

ITEM	QUANT	UNID	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	ESTOQUE	PROC. LICITATORIO	JUSTIFICATIVA	OSERVAÇÃO
1	100	unid	<b>TESTE RÁPIDO INFLUENZA A/B/H1N1</b> , TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DOS VÍRUS INFLUENZA TIPO A, TIPO B E DA MUTAÇÃO H1N1, SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 60%, ESPECIFICIDADE MAIOR OU IGUAL A 90%. ACOMPANHAR SWAB PARA COLETA, TUBO PARA TRANSPORTE/REAÇÃO, PIPETA, DILUENTE DE ENSAIO, TIRA REATIVA, SWAB, CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE – INCQS. COM OS PADRÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE – INCQS.	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA SESCETARIA ESTADUAL DE SAUDE	
2	500	unid	<b>TESTE RÁPIDO COVID-19 (ANTÍGENO)</b> TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DO VÍRUS SARS-COV-2, SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 91%, ESPECIFICIDADE MAIOR OU IGUAL A 99%. ACOMPANHAR: SWAB PARA COLETA, TUBO PARA TRANSPORTE/REAÇÃO, PIPETA, DILUENTE DE ENSAIO, TIRA REATIVA, SWAB CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DO INSTITUTONACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE – INCQS.	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA SESCETARIA ESTADUAL DE SAUDE	



3	100	UNID	<b>TESTE RÁPIDO VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO</b> TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DO VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO, SENSIBILIDADE MAIOR OU IGUAL A 60%, ESPECIFICIDADE MAIOR OU IGUAL A 90%. ACOMPANHAR SWAB PARA COLETA, TUBO PARA TRANSPORTE/REAÇÃO, PIPETA, DILUENTE DE ENSAIO, TIRA REATIVA, INCLUSO CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO. O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ANVISA	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA SESCETARIA ESTADUAL DE SAUDE	
4	5.000		<b>Avental Descartável Tnt 40g Manga Longa Com latex BR</b>	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL	
5	20	unid	<b>Saco Óbito Infantil 50x75</b> com Ziper E Identificação polietileno de baixa densidade; acompanha uma etiqueta de identificação atrelada ao cursor do zíper, incluindo data e hora.	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL	
6	50	unid	<b>Saco Óbito adulto 210x90cm</b> com Ziper e Identificação; polietileno de baixa densidade; acompanha uma etiqueta de identificação atrelada ao cursor do zíper, incluindo data e hora.	SEM ESTOQUE	A LICITAR	ATENDER EXIGENCIAS DA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL	





**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**  
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO  
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000  
FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO  
09ADF0B060274DDA947D6481DC043C61

### **VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/09ADF0B060274DDA947D6481DC043C61>