

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição		Data
00459/24	ELAN VENAS MORELLI	17/06/2024
Descrição	Aquisição de oftalmoscópio para atender a demanda do HMST.	
Poder	Fundos Municipais	
Órgão	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	
Setor Solicitante	FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	
Centro de Custo	7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Fornecedor		

Observação
Aquisição de oftalmoscópio para atender a demanda do HMST.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	\$ Unit	Valor
1	001.022.941	<b>Oftalmoscópio - Oftalmoscópio Convencional 2.5V; Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame; Reostato para controle de intensidade da luz; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional); Não contém látex.</b> <b>Acompanha o produto: 01 Lâmpada 2.5V; 28 lentes de -25 a +40 dioptrias com marcador iluminado; Óptica selada à prova de poeiras; Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos; Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido; Cabeça em ABS resistente à impactos; Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável; Seleção de 6 aberturas, com filtro verde livre de vermelho.</b> <b>Aberturas Oftalmoscópio:</b> <b>Micro Ponto:</b> Permite a entrada rápida em pequenas pupilas não dilatadas. <b>Pequena:</b> Permite excelente visualização do fundo de olho em pupilas não dilatadas. <b>Grande:</b> Abertura padrão para pupilas dilatadas e exame geral do olho. <b>Fixação:</b> Possui uma mira para medir a fixação excêntrica ou localização de lesões. <b>Fenda:</b> Utilizada para determinar os níveis de lesões e tumores. <b>Filtro Verde:</b> Elimina raios vermelhos do campo de exame para facilitar a identificação das veias, artérias e fibras nervosas.	UN	5	0,00	0,00

Valor Total : 0,00

Secretário