



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32001836/0001-05

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E RESULTADO FINAL

Proc. Licitatório n.º 005152/25

DISPENSA n.º 117

Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

Detalhamento do Objeto: MATERIAL HOSPITALAR

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Item 1 Classif.	Código 001.007.192 Código	Descrição do Produto/Serviço VALVULA REGULADORA REDE P/ OXIGENIO - AS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO PARA REDE DE GASES POSSUEM CORPO CONSTRUIDO EM LATAO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, MANOMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSAO AJUSTADA E BOTAO DE REGULAGEM DA PRESSAO. O AJUSTE DA PRESSAO E VARIABEL E FEITO ATRAVES DO BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO QUE PODE VARIAR DE 0 A 11 KGF/CM. PropONENTE / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 30 Valor Total	Status Lance
1	9907	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		155,00	4.650,00	Classificado
Item 2 Classif.	Código 001.070.004 Código	Descrição do Produto/Serviço TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO - A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO E UTILIZADA EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO OU REGULADORES DE PRESSAO PARA CILINDROS, QUE POSSIBILITA CONEXAO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E OTIMA DURABILIDADE. A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO POSSUI DOIS NIPLES EM LATAO CROMADO, QUE SEGUEM O PADRAO ABNT, COM PINO DE IMPACTO PARA RETENCAO DE GAS, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA ELETROSTATICA, BORBOLETA EM POLIPROPILENO, PRESSAO DE ENTRADA E SAIDA IGUAL A PRESSAO DO DISPOSITIVO, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 8KGF/CM2. INFORMACOES ADICIONAIS: - ??UTILIZADO EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO - ??POSSUI DUAS SAIDAS PARA GASES - ??CORPO INJETADO DE NYLON - ??PINO DE IMPACTO PARA RETENCAO DE GAS - ??PRESSAO MAXIMA DE 8KGF/CM2 - ??LATAO CROMADO - ??DIMENSOES: 35MM - ??PRODUTO NAO ESTERIL - ??PADRAO ABNT - ANVISA REGISTRO NA ANVISA PropONENTE / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 30 Valor Total	Status Lance
1	9907	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		70,00	2.100,00	Classificado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço PropONENTE / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	001.007.192 9907	VALVULA REGULADORA REDE P/ OXIGENIO - AS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO PARA REDE DE GASES POSSUEM CORPO CONSTRUIDO EM LATAO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, MANOMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSAO AJUSTADA E BOTAO DE REGULAGEM DA PRESSAO. O AJUSTE DA PRESSAO E VARIABEL E FEITO ATRAVES DO BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO QUE PODE VARIAR DE 0 A 11 KGF/CM. AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	155,00	UN30 ACEITO apenas 1 Proposta
2	001.070.004 9907	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO - A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO E UTILIZADA EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO OU REGULADORES DE PRESSAO PARA CILINDROS, QUE POSSIBILITA CONEXAO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E OTIMA DURABILIDADE. A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO POSSUI DOIS NIPLES EM LATAO CROMADO, QUE SEGUEM O PADRAO ABNT, COM	70,00	UN30 ACEITO apenas 1 Proposta

		PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DE GAS, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA ELETROSTATICA, BORBOLETA EM POLIPROPILENO, PRESSAO DE ENTRADA E SAIDA IGUAL A PRESSAO DO DISPOSITIVO, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 8KGFCM2. INFORMAÇOES ADICIONAIS: - ??UTILIZADO EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO - ??POSSUI DUAS SAIDAS PARA GASES - ??CORPO INJETADO DE NYLON - ??PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DE GAS - ??PRESSAO MAXIMA DE 8KGFCM2 - ??LATAO CROMADO - ??DIMENSOES: 35MM - ??PRODUTO NAO ESTERIL - ??PADRAO ABNT - ANVISA REGISTRO NA ANVISA AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
--	--	---	--	--

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ITENS

Item	Código	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 47.853.686/0001-27 ANTONIO ROSA, 70 - COTEGIPE, SIMAO PEREIRA - MG, CEP: 36123-000 Telefone: 3291599098 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.007.192	VALVULA REGULADORA REDE P/ OXIGENIO - AS VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO PARA REDE DE GASES POSSUEM CORPO CONSTRUIDO EM LATAO CROMADO DE ALTA RESISTENCIA, MANOMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSAO AJUSTADA E BOTAO DE REGULAGEM DA PRESSAO. O AJUSTE DA PRESSAO E VARIAVEL E FEITO ATRAVES DO BOTAO DE REGULAGEM DE FLUXO QUE PODE VARIAR DE 0 A 11 KGF/CM.	UN	30	155,00	4.650,00
2	001.070.004	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO - A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO E UTILIZADA EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO OU REGULADORES DE PRESSAO PARA CILINDROS, QUE POSSIBILITA CONEXAO DE MAIS DE UM PRODUTO SIMULTANEAMENTE. PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E OTIMA DURABILIDADE. A TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO PARA OXIGENIO POSSUI DOIS NIPLES EM LATAO CROMADO, QUE SEGUEM O PADRAO ABNT, COM PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DE GAS, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA ELETROSTATICA, BORBOLETA EM POLIPROPILENO, PRESSAO DE ENTRADA E SAIDA IGUAL A PRESSAO DO DISPOSITIVO, PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 8KGFCM2. INFORMAÇOES ADICIONAIS: - ??UTILIZADO EM POSTOS MEDICINAIS DE OXIGENIO - ??POSSUI DUAS SAIDAS PARA GASES - ??CORPO INJETADO DE NYLON - ??PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DE GAS - ??PRESSAO MAXIMA DE 8KGFCM2 - ??LATAO CROMADO - ??DIMENSOES: 35MM - ??PRODUTO NAO ESTERIL - ??PADRAO ABNT - ANVISA REGISTRO NA ANVISA	UN	30	70,00	2.100,00

Total do Proponente

R\$ 6.750,00